# VT-120-S01

## VLD - pro trakce / Testery pro VLD


Automatický tester VLD třídy 2

přenosný automatický tester třídy VLD 2

- plně automatické měření
- měření výdržného a jmenovitého spouštěcího napětí
- výsledek testu indikovaný červenou/zelenou barvou LED
- měření svodového proudu a doby odezvy
- pro VLD s jmenovitým spouštěcím napětím 45/60/120 V
- pro VLD s tyristorovým přídržným proudem menším než 220 mA
- nabíječka baterií a testovací kabely jsou součástí dodávky
- speciální odolné ABS pouzdro



**Rozměry**




| Název parametru | Hodnota parametru |
|---|---|
| Počet voleb napětí (UTn) | 3 (45 / 60 / 120 V) |
| Rozsah výstupního napětí | 35 - 125 V |
| Maximální výstupní proud | 220 mA |
| Automatické vybití měřeného objektu | ne |
| Bateriový akumulátor | Li-ion 12,6 V, 6800 mAh |
| Napájení nabíjecího adaptéru | 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz |
| Doba nabíjení | 4 h |
| Výdrž baterie / počet měření | 8 h / 100+ |
| Displej | LCD, 20 × 4 mm, modrý |
| Hmotnost | 2,50 kg |
| Umístění (při nabíjení) | vnitřní |
| Umístění (při provozu) | venkovní |
| Rozsah teplot (při nabíjení) (min/max) | 10 / 45 °C |
| Rozsah teplot (při provozu) (min/max) | –10 / 40 °C |

| | |
|---|---|
| Nadmořská výška | **do 4000 m n. m.** |
| Rozsah vlhkosti | **10 - 95 %** |
| Stupeň znečištění (ČSN EN IEC 60664-1) | **2** |
| Stupeň krytí (zavřené víko) | **IP 57** |
| Stupeň krytí (otevřené víko) | **IP 20** |
| Stupeň mechanické odolnosti | **IK 08 (5 J)** |
| Splňuje požadavky normy | **ČSN EN 61010-1, ČSN EN IEC 61326-1** |
| Třída ETIM | **EC002495** |
| Celní nomenklatura | **85301000** |
| EAN | **8595090571254** |
| Objednací číslo | **A07125** |